Bio-Punch
PUNCH DERMATOLÓGICO

Reg. Anvisa nº: 81676070002

IFU Instruções de Uso
Instructions for Use

Descrição geral

O Bio-Punch é um punch dermatológico indicado especificamente para remoção de amostra de pele (biópsia).

É composto por uma lâmina cilíndrica de aço inox cirúrgico, com bisel extremamente afiado, acoplada a uma haste de ABS.

É ideal para as áreas de Dermatologia, Ginecologia, Odontologia e Podologia.

Bio-Punch está disponível em 8 modelos: Bio-Punch-1,00, Bio-Punch-1,50, Bio-Punch-2,00, Bio-Punch-2,50, Bio-Punch-3,00, Bio-Punch-4,00, Bio-Punch-5,00, Bio-Punch-6,00, Bio-Punch-7,00, Bio-Punch-8,00, todos com lâminas em diferentes diâmetros.

É embalado individualmente em papel de grau cirúrgico e esterilizado por Raios Gama.

Bio-Punch



Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Raios Gama.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o Bio-Punch em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

Instruções de uso

1. Escolher o modelo que melhor atende às necessidades do procedimento, de acordo com a área da pele e tamanho da amostra;

2. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

3. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

4. Limpar a área da pele e aplicar anestesia local;

5. Aplicar o punch de forma rotacional, aprofundando-se na pele e permitindo a remoção da amostra;

6. Remover delicadamente a amostra com o auxílio de pinça e tesoura;

7. Após o uso descartar o Bio-Punch em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.

Prazo de Validade

04 anos após a esterilização.